

Certificado de Qualidade

Produto: Ponteira de 0,1-10 μ L com filtro, estéril.1000un/pct.

Referência Modelo: K62-10-1

Lote: 200825-294

Validade: 25.08.2023

Sistema de Gestão da Qualidade

Certificamos que o produto acima foi produzido conforme com as normas de padronização ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016.

Produto estéril por Radiação Gama.

Produto livre de Dnase e Rnase, pirogênios e endotoxinas.

Dose especificada	15.0kGy-30.0kGy
Dose administrada	15,6kGy-20,3kGy

X 

Ayná dos Santos Mendes
Responsável Técnica 66772/07-D
Assinado por: Ayná Mendes